

製品名：エクルーシス プレチコントロール Anti-HBc II

キット ロット番号：250585

使用期限：2019.03

(PC A-HBc II 1 ロット番号:250577)

(PC A-HBc II 2 ロット番号:250578)

コバス 8000(免疫処理用e801 モジュール) 用

Test (項目)	試薬ロット	プレチコントロール Anti-HBc II 1				プレチコントロール Anti-HBc II 2				Unit (単位)
		Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	
Anti-HBc II	267022	2.36	0.173	1.84	2.88	0.49	0.0719	0.274	0.706	COI
	286618	2.36	0.173	1.84	2.88	0.57	0.0836	0.319	0.821	COI
	318713	2.36	0.173	1.84	2.88	0.59	0.0865	0.330	0.850	COI

- 【注意】・四捨五入等の計算方式の違いにより、下限値および上限値と機器から印字される期待値との間に若干の差異が生じる場合があります。
- ・コバス 8000の場合、試薬ロット更新時のタイミングにて、該当項目のキャリブレーションおよび該当コントロールの最新バージョンを手動によりダウンロードしてください。



ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社