

製品名：エクルーシス プレチコントロール サイロA b

キット ロット番号：251689

使用期限：2018.07

(PC THYRO1 ロット番号:247109)

(PC THYRO2 ロット番号:247110)

コバス 8000(免疫処理用e801 モジュール) 用

Test (項目)	試薬ロット	プレチコントロール THYRO 1				プレチコントロール THYRO 2				Unit (単位)
		Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	
T R A b	250995 283564 322386	3.63	0.363	2.54	4.72	16.1	1.13	12.7	19.5	IU/L
A n t i - T g	263881	59.6	5.96	41.7	77.5	189	18.9	132	246	IU/mL
	284598	56.0	5.60	39.2	72.8	181	18.1	127	235	IU/mL
	315811	54.1	5.41	37.9	70.3	171	17.1	120	222	IU/mL
A n t i - T P O	249095 295223	25.5	2.55	17.9	33.2	101	7.07	79.8	122	IU/mL
	328672	22.0	2.20	15.4	28.6	101	7.07	79.8	122	IU/mL

【注意】・四捨五入等の計算方式の違いにより、下限値および上限値と機器から印字される期待値との間に若干の差異が生じる場合があります。

- ・コバス 8000の場合、試薬ロット更新時のタイミングにて、該当項目のキャリブレーションおよび該当コントロールの最新バージョンを手動によりダウンロードしてください。



ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社