

製品名：エクルーシス 心筋マーカー コントロール III

キットロット番号：264874

使用期限：2019.02

(PC CARD II 1ロット番号：261852)

(PC CARD II 2ロット番号：261853)

コバス 8000(免疫処理用e801 モジュール) 用

Test (項目)	試薬ロット	プレチコントロール CARD II 1				プレチコントロール CARD II 2				Unit (単位)
		Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	
CK-MBII	222093	5.63	0.507	4.11	7.15	55.1	5.51	38.6	71.6	ng/mL
	297071	5.63	0.507	4.11	7.15	53.3	5.33	37.3	69.3	ng/mL
CK-MBII STAT	222093	5.69	0.512	4.15	7.23	56.0	5.60	39.2	72.8	ng/mL
	297071	5.44	0.490	3.97	6.91	53.3	5.33	37.3	69.3	ng/mL
ジゴキシ	257170 304505	1.10	0.0880	0.836	1.36	2.49	0.199	1.89	3.09	ng/mL
ミオグロビンII	253917	91.1	7.29	69.2	113	1122	112	785	1459	ng/mL
	282626	86.9	6.95	66.0	108	1122	112	785	1459	ng/mL
ミオグロビンII STAT	253917	88.6	7.09	67.3	110	1097	110	768	1426	ng/mL
	282626	85.3	6.82	64.8	106	1097	110	768	1426	ng/mL
NT-proBNP II	227854 315914	133	7.98	109	157	4168	250	3418	4918	pg/mL
NT-proBNP II STAT	227854 315914	149	8.94	122	176	4750	285	3895	5605	pg/mL

【注意】・四捨五入等の計算方式の違いにより、下限値および上限値と機器から印字される期待値との間に若干の差異が生じる場合があります。

・コバス 8000の場合、試薬ロット更新時のタイミングにて、該当項目のキャリブレーションおよび該当コントロールの最新バージョンを手動によりダウンロードしてください。



ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

05395445001-e801_264874-3-白_片