

製品名：エクルーシス プレチコントロール Anti-HAV IgM

キット ロット番号：279254

使用期限：2018.07

(PC A-HAVIGM1 ロット番号:270520)

(PC A-HAVIGM2 ロット番号:270522)

コバス 8000(免疫処理用e801 モジュール) 用

Test (項目)	試薬ロット	プレチコントロール Anti-HAV IgM1	プレチコントロール Anti-HAV IgM2				Unit (単位)
		upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	
Anti-HAV IgM	275351	0.500	2.23	0.297	1.34 - 3.12	COI	
	303391	0.500	1.82	0.243	1.09 - 2.55	COI	

【注意】・四捨五入等の計算方式の違いにより、下限値および上限値と機器から印字される期待値との間に若干の差異が生じる場合があります。

- ・プレチコントロール Anti-HAV IgM1は陰性判定を確認するものです。そのためCOIが表示値表の上限値以下にあることをご確認ください。また分析機への手入力が必要な場合、表示値は0.25、SDは0.083としてください。
- ・コバス 8000の場合、試薬ロット更新時のタイミングにて、該当項目のキャリブレーションおよび該当コントロールの最新バージョンを手動によりダウンロードしてください。



ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社