

製品名：エクルーシス プレチコントロール サイロA b

キット ロット番号：279357

使用期限：2018.11

(PC THYRO1 ロット番号:264390)

(PC THYRO2 ロット番号:264393)

コバス 8000(免疫処理用e801 モジュール) 用

Test (項目)	試薬ロット	プレチコントロール THYRO 1				プレチコントロール THYRO 2				Unit (単位)
		Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	
TRAb	250995 283564 322386	3.12	0.312	2.18	4.06	15.9	1.11	12.6	19.2	IU/L
Anti-Tg	263881 284598 315811	85.9	8.59	60.1	112	199	19.9	139	259	IU/mL
Anti-TPO	249095 295223	21.5	2.15	15.1	28.0	99.4	6.96	78.5	120	IU/mL
	328672	17.0	1.70	11.9	22.1	99.4	6.96	78.5	120	IU/mL

- 【注意】・四捨五入等の計算方式の違いにより、下限値および上限値と機器から印字される期待値との間に若干の差異が生じる場合があります。
- ・コバス 8000の場合、試薬ロット更新時のタイミングにて、該当項目のキャリブレーションおよび該当コントロールの最新バージョンを手動によりダウンロードしてください。



ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社