

製品名：エクルーシス プレチコントロール Anti-TP

キット ロット番号：288378 使用期限：2018.11

(PC Syphilis1 ロット番号:282859)

(PC Syphilis2 ロット番号:282860)

分析装置上でコントロールの測定値確認と管理をする場合は、上記ロット番号の「プレチコントロール Syphilis1」及び「プレチコントロール Syphilis2」をラックアサインにてご使用ください。また、該当コントロールロットの情報をダウンロードしていただき、以下の表示値であることを確認後ご使用ください。

コバス 8000(免疫処理用e801 モジュール) 用

Test (項目)	試薬ロット	プレチコントロール Syphilis 1	プレチコントロール Syphilis 2		Unit (単位)
		upper (上限値)	Value (表示値)	SD	
Anti-TP	277581 294689 311155 338789	0.600	5.08	0.508	3.56 - 6.60 COI

- 【注意】
- ・四捨五入等の計算方式の違いにより、下限値および上限値と機器から印字される期待値との間に若干の差異が生じる場合があります。
 - ・プレチコントロール Syphilis1は陰性判定を確認するものです。そのためCOIが表示値表の上限値以下にあることをご確認ください。
 - ・バイアルに貼付済み及び同梱されているバイアルラベルには、コントロール値の情報が入っておりませんのでご注意ください。
 - ・コバス 8000の場合、試薬ロット更新時のタイミングにて、該当項目のキャリブレーションの最新バージョンを手動によりダウンロードしてください。



ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社