

製品名：エクルーシス プレチコントロール AMH Plus

キット ロット番号：292604

使用期限：2019.01

(PC AMHP1 ロット番号:286981)

(PC AMHP2 ロット番号:286997)

精度管理は、プレチコントロール AMH Plus を市販コントロールとして測定いただき、下記値をご参照の上、評価をお願いいたします。

コバス 8000(免疫処理用e801 モジュール) 用

Test (項目)	試薬ロット	プレチコントロール AMH Plus 1				プレチコントロール AMH Plus 2				Unit (単位)
		Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	
AMH Plus	269333 301707	0.892	0.0624	0.705	- 1.08	4.65	0.233	3.95	- 5.35	ng/mL
	329427	0.946	0.0662	0.747	- 1.14	4.83	0.242	4.11	- 5.55	ng/mL

【注意】・四捨五入等の計算方式の違いにより、下限値および上限値と機器から印字される期待値との間に若干の差異が生じる場合があります。

- ・コバス 8000の場合、試薬ロット更新時のタイミングにて、該当項目のキャリブレーションの最新バージョンを手動によりダウンロードしてください。



ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社