

製品名：エクルーシス プレチコントロール HIV Gen II

キット ロット番号：293823

使用期限：2019.02

(PC HIV1 ロット番号：292641)

(PC HIV2 ロット番号：292642)

(PC HIV3 ロット番号：292643)

コバス 8000(免疫処理用e801 モジュール) 用

Test (項目)	試薬ロット	プレチコントロール HIV 1	プレチコントロール HIV 2				プレチコントロール HIV 3				Unit (単位)		
		upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)			
AHIV	274026	0.350	3.09	0.309	2.16	-	4.02	-	-	-	-	0.500	COI
	264112	0.350	3.43	0.343	2.40	-	4.46	-	-	-	-	0.500	COI
	318749	0.350	3.51	0.351	2.46	-	4.56	-	-	-	-	0.500	COI
HIVAG	274026	0.350	-	-	-	-	0.500	8.00	0.800	5.60	-	10.4	COI
	318749	0.350	-	-	-	-	0.500	8.87	0.887	6.21	-	11.5	COI
HIVDUO	274026	0.500	3.09	0.309	2.16	-	4.02	8.00	0.800	5.60	-	10.4	COI
	264112	0.500	3.43	0.343	2.40	-	4.46	8.87	0.887	6.21	-	11.5	COI
	318749	0.500	3.51	0.351	2.46	-	4.56	8.00	0.800	5.60	-	10.4	COI

【注意】・四捨五入等の計算方式の違いにより、下限値および上限値と機器から印字される期待値との間に若干の差異が生じる場合があります。

- ・プレチコントロール HIV 1は陰性判定を確認するものです。そのためCOIが表示値表の上限値以下であることをご確認ください。
- ・プレチコントロール HIV 2はHIV抗原の陰性と抗HIV抗体の陽性を確認するためのものです。そのためHIVAGのCOIは表示値表の上限値以下であることをご確認ください。
- ・プレチコントロール HIV 3はHIV抗原の陽性と抗HIV抗体の陰性を確認するためのものです。そのためAHIVのCOIは表示値表の上限値以下であることをご確認ください。
- ・試薬ロット更新時のタイミングにて、該当項目のキャリブレーションおよび該当コントロールの最新バージョンを手動によりダウンロードしてください。



ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社

08237735001-e801-293823-2-白-両2/2