

# 製品名 : エクルーシス プレチコントロール トロポニンT hs

キット ロット番号 : 295325

使用期限 : 2019.04

(PC TN1 ロット番号:288516)

(PC TN2 ロット番号:288517)

コバス 8000(免疫処理用e801 モジュール) 用

Test (項目)	試薬ロット	プレチコントロール TN 1				プレチコントロール TN 2				Unit (単位)
		Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	
トロポニンT hs	245192	26.9	2.42	19.6	34.2	2049	102	1742	2356	pg/mL
	305652	0.027	0.002	0.020	0.034	2.049	0.102	1.742	2.356	ng/mL
トロポニンT hs STAT	245192	25.6	2.30	18.7	32.5	1929	96.5	1640	2218	pg/mL
		0.026	0.002	0.019	0.033	1.929	0.097	1.640	2.218	ng/mL
	305652	27.1	2.44	19.8	34.4	2015	101	1713	2317	pg/mL
		0.027	0.002	0.020	0.034	2.015	0.101	1.713	2.317	ng/mL

【注意】・四捨五入等の計算方式の違いにより、下限値および上限値と機器から印字される期待値との間に若干の差異が生じる場合があります。

- ・コバス 8000の場合、試薬ロット更新時のタイミングにて、該当項目のキャリブレーションおよび該当コントロールの最新バージョンを手動によりダウンロードしてください。



ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社