

製品名：エクルーシス プレチコントロール I S D

キット ロット番号：299449

使用期限：2019.07

(PC I S D 1 ロット番号：284876)

(PC I S D 2 ロット番号：284878)

(PC I S D 3 ロット番号：284880)

コバス 8000(免疫処理用e801 モジュール) 用

Test (項目)	試薬ロット	プレチコントロール I S D 1				プレチコントロール I S D 2				プレチコントロール I S D 3				Unit (単位)
		Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	
シクロスポリン	246808 273826 307287	92.1	9.21	64.5	- 120	330	33.0	231	- 429	1274	127	892	- 1656	ng/mL
シロリムス	224725 278140	2.52	0.252	1.76	- 3.28	8.96	0.896	6.27	- 11.6	16.3	1.63	11.4	- 21.2	ng/mL
	308940	2.89	0.289	2.02	- 3.76	9.50	0.950	6.65	- 12.4	16.3	1.63	11.4	- 21.2	ng/mL
タクロリムス	238786 270163	2.14	0.214	1.50	- 2.78	8.79	0.879	6.15	- 11.4	15.5	1.55	10.9	- 20.2	ng/mL
	298238	2.00	0.200	1.40	- 2.60	8.29	0.829	5.80	- 10.8	14.8	1.48	10.4	- 19.2	ng/mL

【注意】・四捨五入等の計算方式の違いにより、下限値および上限値と機器から印字される期待値との間に若干の差異が生じる場合があります。

- ・コバス 8000の場合、試薬ロット更新時のタイミングにて、該当項目のキャリブレーションおよび該当コントロールの最新バージョンを手動によりダウンロードしてください。



ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社

07081057001-e801-299449-白-両2/2