

製品名：エクルーシス プレチコントロール エベロリムス

キット ロット番号：302812

使用期限：2019.01

(PC EVL1 ロット番号：300685)

(PC EVL2 ロット番号：300686)

(PC EVL3 ロット番号：300690)

コバス 8000(免疫処理用e801 モジュール) 用

Test (項目)	試薬ロット	プレチコントロール EVL1				プレチコントロール EVL2				プレチコントロール EVL3				Unit (単位)
		Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	
エベロリムス	277775 305743 325915	2.90	0.290	2.03	- 3.77	10.1	1.01	7.07	- 13.1	18.3	1.83	12.8	- 23.8	ng/mL

- 【注意】・四捨五入等の計算方式の違いにより、下限値および上限値と機器から印字される期待値との間に若干の差異が生じる場合があります。
- ・試薬ロット更新時のタイミングにて、該当項目のキャリブレーションおよび該当コントロールの最新バージョンを手動によりダウンロード してください。



ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社