

製品名：エクルーシス プレチコントロール Anti-HCV

キット ロット番号：304306

使用期限：2019.04

(PC A-HCV1 ロット番号:270537)

(PC A-HCV2 ロット番号:270538)

コバス 8000(免疫処理用e801 モジュール) 用

Test (項目)	試薬ロット	プレチコントロール A-HCV 1	プレチコントロール A-HCV 2				Unit (単位)
		upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	
A-HCV II	295221 310725	0.300	3.79	0.379	2.65 - 4.93	COI	
	326260	0.300	3.36	0.336	2.35 - 4.37	COI	
	337480	0.300	3.38	0.338	2.37 - 4.39	COI	

- 【注意】
- ・四捨五入等の計算方式の違いにより、下限値および上限値と機器から印字される期待値との間に若干の差異が生じる場合があります。
 - ・プレチコントロール Anti-HCV1は陰性判定を確認するものです。そのためCOIが表示値表の上限値以下にあることをご確認ください。また分析機への手入力が必要な場合、表示値は0.15、SDは0.05としてください。
 - ・コバス 8000の場合、試薬ロット更新時のタイミングにて、該当項目のキャリブレーションおよび該当コントロールの最新バージョンを手動によりダウンロードしてください。



ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社