

# 製品名：エクルーシス プレチコントロール Growth

キット ロット番号：318709

使用期限：2019.01

(G1 ロット番号:304377)

(G2 ロット番号:304380)

コバス 8000(免疫処理用e801 モジュール) 用

Test (項目)	試薬ロット	プレチコントロール G 1				プレチコントロール G 2				Unit (単位)
		Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	
hGH	238162 286512 329969	0.938	0.0938	0.657	- 1.22	9.68	0.968	6.78	- 12.6	ng/mL
IGF-1	335938	63.7	5.73	46.5	- 80.9	353	31.8	258	- 448	ng/mL

- 【注意】・四捨五入等の計算方式の違いにより、下限値および上限値と機器から印字される期待値との間に若干の差異が生じる場合があります。
- ・試薬ロット更新時のタイミングにて、該当項目のキャリブレーションおよび該当コントロールの最新バージョンを手動によりダウンロードしてください。



ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社