

製品名：エクルーシス プレチコントロール HBsAg II

キット ロット番号：319015

使用期限：2019.06

(PC HBSAG II 1 ロット番号:291868)

(PC HBSAG II 2 ロット番号:291869)

コバス 8000(免疫処理用e801 モジュール) 用

Test (項目)	試薬ロット	プレチコントロール HBsAg II 1		プレチコントロール HBsAg II 2		Unit (単位)
		upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値) upper (上限値)	
HBsAg II	298256 317421 341376	0.80	4.20	0.420	2.94 - 5.46	COI

【注意】・四捨五入等の計算方式の違いにより、下限値および上限値と機器から印字される期待値との間に若干の差異が生じる場合があります。

- ・プレチコントロール HBsAg II 1は陰性判定を確認するものです。そのためCOIおよび測定値が表示値表の上限値以下にあることをご確認ください。
- ・試薬ロット更新時のタイミングにて、該当項目のキャリブレーションおよび該当コントロールの最新バージョンを手動によりダウンロードしてください。



ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社