

# 製品名 : エクルーシス プレチコントロール HBsAg II quant II

キット ロット番号 : 337038

使用期限 : 2019.08

(PC HBSAGQN1 ロット番号 : 318078)

(PC HBSAGQN2 ロット番号 : 318081)

(PC HBSAGQN3 ロット番号 : 318084)

コバス 8000(免疫処理用e801 モジュール) 用

Test (項目)	試薬ロット	プレチコントロール HBSAGQN1				プレチコントロール HBSAGQN2				プレチコントロール HBSAGQN3				Unit (単位)
		Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	
HBsAg II quant II	298262 317177 338258 352225	4.21	0.421	2.95	- 5.47	94.3	9.43	66.0	- 123	86.7	8.67	60.7	- 113	IU/mL

- 【注意】
- ・ 四捨五入等の計算方式の違いにより、下限値および上限値と機器から印字される期待値との間に若干の差異が生じる場合があります。
  - ・ 試薬ロット更新時のタイミングにて、該当項目のキャリブレーションおよび該当コントロールの最新バージョンを手動によりダウンロードしてください。



ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社